

平成 26 年 10 月 10 日

二次審査選考者各位

二次審査についての回答書

このたびは公益財団法人宮崎県環境科学協会 新事業所建設事業 設計委託業務に応募いただき誠にありがとうございました。

9 日までに寄せられた質問について、下記の通り回答します。

質問事項	回答
① 既存建物の断面図はいただけないでしょうか。もしくは GL,FL を教えていただけないでしょうか。	図面をお送りします。
② 業務用・来客用車両の最大車高がわかれば教えてください。	業務用車両の最大は 大型の移動測定車 H3230,W1870,D4800 (2 t) です。 来客用はそれより大きい車両はないと考え ます。
③ ヒアリングの参加者について、管理技術者から 2 名以内の 3 名以内とありますが、代表者の参加は不可ということでしょうか。	管理技術者 1 名 何らかの主任技術者 2 名以内 の合わせて、3 名以内でお願いします。 代表者の方が管理技術者か、もしくは何らかの主任技術者であれば参加いただけます。
④ 既存事業所増築部の平面図を開示いただけますか。	図面をお送りします。
⑤ 既存事業所敷地の地質調査報告書を開示いただけますか。(新事業所計画地で地盤調査が済んでおりましたら、そちらの報告書も開示いただけますか。	33 年前に調査はなされているのですが、資料が所在不明のため開示できません。 新事業所計画地の地盤調査はまだ着手して いません。

<p>⑥ 新館 2 階は水道水・環境水・大気の分析エリアと考えてよろしいでしょうか。事業排水他は、既存施設対応でよいでしょうか。</p>	<p>具体的なレイアウトに関する質問をいただきましたが、作業動線等を確認し、利用形態、管理運営等を考慮した役割・機能分担を行うとともに、効率的なゾーニング、必要なスペースの確保、検査内容に応じたエリアの特定化・集約化・共通化を図るための提案をお願いします。</p>
<p>⑦ 新館 3 階の法定検査事務と研修室の必要面積を教えてください。</p>	<p>詳細な図面は求めません。あくまでも「施設整備の基本方針等」に記載されているのは【想定イメージ例】です。</p>
<p>⑧ 受付、応接、管理事務、役員室等は既存施設にて対応でよろしいでしょうか。</p>	<p>詳細な図面は求めません。あくまでも「施設整備の基本方針等」に記載されているのは【想定イメージ例】です。</p>
<p>⑨ エレベーターは乗用、荷物用を兼用して 1 台でよろしいでしょうか。</p>	<p>詳細な図面は求めません。あくまでも「施設整備の基本方針等」に記載されているのは【想定イメージ例】です。</p>